



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	02 02 23
Dátum výroby		22.02.2023
Dátum expirácie		22.08.2023

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,009	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,171	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,355	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,632	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,003	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,505	

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,258	9,102
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	42 ± 8	0,892	41,42

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*[Signature]*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D200810SB

