



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	06 06 23
Dátum výroby		23.06.2023
Dátum expirácie		23.12.2023

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,022
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,215
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,418
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,774
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,184
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,687

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,149	4,29
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	41 ± 8	1,080	42,21

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Janina*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D210914SF

