



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	07 07 23
Dátum výroby		21.07.2023
Dátum expirácie		21.01.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,010	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,197	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,409	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,687	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,124	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,610	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,093	3,22
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	41 ± 8	0,937	38,24

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Janina

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D211223SG

