



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	11 11 23
Dátum výroby		24.11.2023
Dátum expirácie		24.05.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,171	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,290	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,590	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	0,981	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,377	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,080	2,03
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	0,860	40,28

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.11.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

[Signature]

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D230127SL

