



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	01 01 24
Dátum výroby		23.01.2024
Dátum expirácie		23.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,013	0,006
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,195	0,290
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,352	0,546
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,620	0,921
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,021	1,341
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,488	1,633

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,044	1,11
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,017	49,64

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 18	0,065	1,29
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,251	42,62

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Preveril:

  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

