






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-470
Šarža	LOT	01 01 24
Dátum výroby		23.01.2024
Dátum expirácie		23.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,163
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,624
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,728

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

W200503UA

