






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-KAZEÍN-G

Katalógové číslo	REF	E-251
Šarža	LOT	03 03 24
Dátum výroby		22.03.2024
Dátum expirácie		22.12.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,219
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,670
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,222

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 9, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Q201119WC

