



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	03 03 24
Dátum výroby		22.03.2024
Dátum expirácie		22.12.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,416
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,863
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,232
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,702
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,974

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL -"/>	< 9	0,293	4,67
pozitívna <input type="text" value="CONTROL +"/>	20 - 50	1,399	32,50

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O201119YC

