



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	03 03 24
Dátum výroby		22.03.2024
Dátum expirácie		22.12.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,012		0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,265		0,340	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,435		0,610	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,807		1,019	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,197		1,397	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,550		1,669	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 10	0,249	5,70
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	30 - 60	1,111	42,36

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 18	0,244	4,23
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	30 - 60	1,341	44,42

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

