









## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A



|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF   | E-233      |
| Šarža            | LOT   | 04 04 24   |
| Dátum výroby     |  | 26.04.2024 |
| Dátum expirácie  |  | 26.10.2024 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy             | protilátky anti IgA   |       |
|-----------------------|---|-------|
|                       | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm   |       |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>  |   | 0,041 |
| 5 U.ml <sup>-1</sup>  |  | 0,273 |
| 10 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,464 |
| 20 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,711 |
| 40 U.ml <sup>-1</sup> |  | 1,171 |
| 80 U.ml <sup>-1</sup> |  | 1,548 |

#### Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky  | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna  | < 9                                    | 0,105                        | 1,54                                |
| pozitívna  | 20 - 50                                | 1,008                        | 31,99                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210227CD

