



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	04 04 24
Dátum výroby		26.04.2024
Dátum expirácie		26.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,009
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,474
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,776
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,079
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,468
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,632

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,385	3,84
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,355	32,35


ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210227TD

