



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	04 04 24
Dátum výroby		26.04.2024
Dátum expirácie		26.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,041		0,009	
5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,273		0,474	
10 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,464		0,776	
20 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,711		1,079	
40 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,171		1,468	
80 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,548		1,632	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,105	1,54
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,008	31,99

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,385	3,84
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,355	32,35

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131