






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-OVALBUMÍN-A

| | | |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF | E-380 |
| Šarža | LOT | 04 04 24 |
| Dátum výroby |  | 26.04.2024 |
| Dátum expirácie |  | 26.10.2024 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

| Parametre výstupnej kontroly | Absorbancia 450 nm a 630 nm | |
|---|-------------------------------------|----------|
| | norma | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna  | do 0,500 | 0,182 |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,705 |
| kontrolná vzorka pozitívna  | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,447 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 14, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

N210227RD

