






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-OVALBUMÍN-G

Katalógové číslo	REF	E-381
Šarža	LOT	04 04 24
Dátum výroby		26.04.2024
Dátum expirácie		26.10.2024

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,087
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,696
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,262

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 15, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.04.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

N210227VD

