

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-M

Katalógové číslo	E - 349
Šarža	01 01 18
Dátum výroby	26.01.2018
Dátum expirácie	26.10.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	0,150
12,5 U.ml ⁻¹	0,378
25 U.ml ⁻¹	0,865
50 U.ml ⁻¹	1,298
100 U.ml ⁻¹	1,644

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 18	0,063	3,27
pozitívna	40 ± 8	1,220	43,00

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 24, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.01.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131