

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	E - 234
Šarža	01 01 18
Dátum výroby	26.01.2018
Dátum expirácie	26.07.2018

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,004
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,441
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,741
20 U.ml <sup>-1</sup>	1,079
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,434
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,749

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,256	2,52
pozitívna	30 ± 6	1,309	31,23

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.01.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131