

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	01 01 18
Dátum výroby	26.01.2018
Dátum expirácie	26.10.2018

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,004
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,212
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,393
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,755
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,235
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,781

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,022	0,45
pozitívna	30 ± 6	0,872	29,82

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 26.01.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131