

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-M

Katalógové číslo	E - 249
Šarža	01 01 18
Dátum výroby	26.01.2018
Dátum expirácie	26.07.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,162
12,5 U.ml ⁻¹	0,332
25 U.ml ⁻¹	0,705
50 U.ml ⁻¹	1,208
100 U.ml ⁻¹	1,837

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,048	1,86
pozitívna	31 ± 6	0,870	31,70

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.01.2018

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova
BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

[Signature]