

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	01 01 18
Dátum výroby	26.01.2018
Dátum expirácie	26.10.2018

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,002	0,003
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,105	0,246
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,214	0,450
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,402	0,786
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,713	1,148
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,781	1,915

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,008	0,53
pozitívna	30 ± 6	0,519	33,77

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,087	1,90
pozitívna	33 ± 7	0,918	32,03

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.01.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131