

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-M

Katalógové číslo	E - 349
Šarža	02 02 18
Dátum výroby	23.02.2018
Dátum expirácie	23.11.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,004
6,25 U.ml ⁻¹	0,142
12,5 U.ml ⁻¹	0,323
25 U.ml ⁻¹	0,655
50 U.ml ⁻¹	1,192
100 U.ml ⁻¹	1,674

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 18	0,063	3,23
pozitívna	48 ± 10	1,213	51,31

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 24, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131