

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	E - 352
Šarža	02 02 18
Dátum výroby	23.02.2018
Dátum expirácie	23.11.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,008
6,25 U.ml ⁻¹	0,652
12,5 U.ml ⁻¹	0,910
25 U.ml ⁻¹	1,163
50 U.ml ⁻¹	1,366
100 U.ml ⁻¹	1,603

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,544	4,37
pozitívna	40 ± 8	1,310	41,29

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2018

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova
BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

Janina