

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	E - 231
Šarža	02 02 18
Dátum výroby	23.02.2018
Dátum expirácie	23.02.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,066
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,252
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,446
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,745
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,247
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,965

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,176	3,27
pozitívna	28 ±6	0,989	29,15

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131