

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	E - 230
Šarža	02 02 18
Dátum výroby	23.02.2018
Dátum expirácie	23.02.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,066	0,007
5 U.ml ⁻¹	0,252	0,275
10 U.ml ⁻¹	0,446	0,527
20 U.ml ⁻¹	0,745	0,912
40 U.ml ⁻¹	1,247	1,415
80 U.ml ⁻¹	1,965	1,870

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,176	3,27
pozitívna	28 ± 6	0,989	29,15

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,257	4,67
pozitívna	25 ± 5	1,091	25,82

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 31, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131