

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A

Katalógové číslo	E - 248
Šarža	03 03 18
Dátum výroby	23.03.2018
Dátum expirácie	23.12.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,228
12,5 U.ml ⁻¹	0,411
25 U.ml ⁻¹	0,736
50 U.ml ⁻¹	1,266
100 U.ml ⁻¹	1,768

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,017	0,29
pozitívna	30 ± 6	0,869	30,43

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131