

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-G

Katalógové číslo	E - 247
Šarža	03 03 18
Dátum výroby	23.03.2018
Dátum expirácie	23.12.2018

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,005
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,392
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,640
25 U.ml <sup>-1</sup>	1,064
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,397
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,767

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,133	1,26
pozitívna	31 ± 6	1,191	31,48

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 6, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

**Dátum kontroly :** 23.03.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131