

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	03 03 18
Dátum výroby	23.03.2018
Dátum expirácie	23.12.2018

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,016
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,269
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,448
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,787
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,044
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,777

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,076	1,00
pozitívna	31 ± 6	0,828	27,33

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131