

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A **semikvantitatívna**

Katalógové číslo	E – 244 cut off
Šarža	03 03 18
Dátum výroby	23.03.2018
Dátum expirácie	23.12.2018

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia	
	norma	nameraná IgA
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,046
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,656
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,739

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.IK TR 5 Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131