

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	E - 243
Šarža	03 03 18
Dátum výroby	23.03.2018
Dátum expirácie	23.09.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,007
6,25 U.ml ⁻¹	0,107
12,5 U.ml ⁻¹	0,327
25 U.ml ⁻¹	0,636
50 U.ml ⁻¹	1,095
100 U.ml ⁻¹	1,652

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,053	4,21
pozitívna	31 ± 6	0,774	31,80

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2018

Vedúca výrobného oddelenia:

Mudáková
BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

Stav