

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	E - 352
Šarža	04 04 18
Dátum výroby	24.04.2018
Dátum expirácie	24.01.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,004
6,25 U.ml ⁻¹	0,478
12,5 U.ml ⁻¹	0,701
25 U.ml ⁻¹	0,923
50 U.ml ⁻¹	1,085
100 U.ml ⁻¹	1,312

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,320	3,12
pozitívna	44 ± 9	1,081	49,21

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131