

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	04 04 18
Dátum výroby	24.04.2018
Dátum expirácie	24.10.2018

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
6,25 U.ml ⁻¹	0,236
12,5 U.ml ⁻¹	0,470
25 U.ml ⁻¹	0,791
50 U.ml ⁻¹	1,283
100 U.ml ⁻¹	1,740

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 14	0,182	4,89
pozitívna	41 ± 8	1,131	40,94

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131