

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

|                  |            |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 233    |
| Šarža            | 04 04 18   |
| Dátum výroby     | 24.04.2018 |
| Dátum expirácie  | 24.10.2018 |

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy             | protilátky anti IgA                |
|-----------------------|------------------------------------|
|                       | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>  | 0,064                              |
| 5 U.ml <sup>-1</sup>  | 0,246                              |
| 10 U.ml <sup>-1</sup> | 0,405                              |
| 20 U.ml <sup>-1</sup> | 0,701                              |
| 40 U.ml <sup>-1</sup> | 1,136                              |
| 80 U.ml <sup>-1</sup> | 1,618                              |

#### Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna        | < 9                                    | 0,215                           | 4,12                                |
| pozitívna        | 33 ± 7                                 | 1,048                           | 35,12                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131