

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-G

Katalógové číslo	E - 247
Šarža	04 04 18
Dátum výroby	24.04.2018
Dátum expirácie	24.01.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,003
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,398
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,662
25 U.ml <sup>-1</sup>	1,036
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,426
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,745

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,140	1,56
pozitívna	31 ± 6	1,146	30,19

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 6, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

**Dátum kontroly :** 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131