

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### **ELISA-anti-MILK-II-A semikvantitatívna**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Katalógové číslo</b> | E - 244 semikvant. |
| <b>Šarža</b>            | 04 04 18           |
| <b>Dátum výroby</b>     | 24.04.2018         |
| <b>Dátum expirácie</b>  | 24.01.2019         |

| Parametre výstupnej kontroly        | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                     | norma                               | nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna          | do 0,500                            | 0,040    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná) | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,804    |
| kontrolná vzorka pozitívna          | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,805    |

#### **ZÁVER:**

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 32, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131