

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A-200

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	04 04 18
Dátum výroby	24.04.2018
Dátum expirácie	24.01.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,118
12,5 U.ml ⁻¹	0,220
25 U.ml ⁻¹	0,410
50 U.ml ⁻¹	0,736
200 U.ml ⁻¹	2,044

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,009	0,37
pozitívna	30 ± 6	0,514	32,40

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131