

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- $\alpha$ -LAKTALBUMÍN-II-A

Katalógové číslo	E - 480
Šarža	04 04 18
Dátum výroby	24.04.2018
Dátum expirácie	24.10.2018

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	Norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,041
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,719
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,810

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 27, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131