

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	04 04 18
Dátum výroby	24.04.2018
Dátum expirácie	24.01.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,005	0,001
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,118	0,264
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,220	0,473
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,410	0,772
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,736	1,088
200 U.ml <sup>-1</sup>	2,044	1,745

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,009	0,37
pozitívna	30 ± 6	0,514	32,40

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,095	1,90
pozitívna	31 ± 6	0,865	30,61

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131