

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	E - 231
Šarža	05 05 18
Dátum výroby	25.05.2018
Dátum expirácie	25.05.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,034
5 U.ml ⁻¹	0,204
10 U.ml ⁻¹	0,391
20 U.ml ⁻¹	0,685
40 U.ml ⁻¹	1,326
80 U.ml ⁻¹	2,058

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,118	2,86
pozitívna	28 ±6	0,899	26,50

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131