

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 243 |
| Šarža | 05 05 18 |
| Dátum výroby | 25.05.2018 |
| Dátum expirácie | 25.11.2018 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgM |
|-------------------------|------------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,004 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,139 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,298 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,596 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,146 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,910 |

Protilátky triedy IgM

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna | < 9 | 0,147 | 6,59 |
| pozitívna | 34 ± 7 | 0,866 | 36,63 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131