

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	E - 352
Šarža	06 06 18
Dátum výroby	25.06.2018
Dátum expirácie	25.03.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,009
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,540
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,772
25 U.ml <sup>-1</sup>	1,014
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,188
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,382

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,306	2,16
pozitívna	38 ± 8	1,134	39,84

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.06.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131