

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	06 06 18
Dátum výroby	25.06.2018
Dátum expirácie	25.03.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,015
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,236
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,421
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,756
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,229
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,836

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,255	6,88
pozitívna	43 ± 9	1,114	42,88

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.06.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

