

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-CANDIDA-III-A,G,M

Katalógové číslo	E – 354
Šarža	06 06 18
Dátum výroby	25.06.2018
Dátum expirácie	25.03.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm		
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,003	0,009	0,015
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,292	0,540	0,236
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,569	0,772	0,421
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,863	1,014	0,756
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,214	1,188	1,229
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,619	1,382	1,836

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 8	0,063	1,46
pozitívna	44 ± 9	1,155	44,87

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,306	2,16
pozitívna	38 ± 8	1,134	39,84

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,255	6,88
pozitívna	43 ± 9	1,114	42,88

#### ZÁVER:


Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.06.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131