

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-KAZEÍN-II-A

|                  |            |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 450    |
| Šarža            | 06 06 18   |
| Dátum výroby     | 25.06.2018 |
| Dátum expirácie  | 25.03.2019 |

| Parametre výstupnej kontroly        | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                     | norma                               | nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna          | do 0,500                            | 0,053    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná) | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,654    |
| kontrolná vzorka pozitívna          | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,560    |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 8, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.06.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131