

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A

Katalógové číslo	E - 248
Šarža	06 06 18
Dátum výroby	25.06.2018
Dátum expirácie	25.03.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	0,216
12,5 U.ml ⁻¹	0,402
25 U.ml ⁻¹	0,730
50 U.ml ⁻¹	1,236
100 U.ml ⁻¹	1,931

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,033	0,77
pozitívna	30 ± 6	0,955	35,08

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.06.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131