

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- β -LAKTOGLOBULÍN-II-G

Katalógové číslo	E – 461
Šarža	07 07 18
Dátum výroby	17.07.2018
Dátum expirácie	17.04.2019

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,175
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,637
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,300

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 11, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.07.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131