

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-A

Katalógové číslo	E - 248
Šarža	07 07 18
Dátum výroby	17.07.2018
Dátum expirácie	17.04.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,008
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,299
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,450
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,798
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,276
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,991

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,020	0,04
pozitívna	30 ± 6	0,855	27,38

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.07.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131