

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-M

Katalógové číslo	E - 349
Šarža	08 08 18
Dátum výroby	24.08.2018
Dátum expirácie	24.05.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,004
6,25 U.ml ⁻¹	0,284
12,5 U.ml ⁻¹	0,533
25 U.ml ⁻¹	0,941
50 U.ml ⁻¹	1,444
100 U.ml ⁻¹	1,953

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 18	0,114	2,31
pozitívna	49 ± 10	1,345	43,74

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 24, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.08.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131