

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	E - 231
Šarža	08 08 18
Dátum výroby	24.8.2018
Dátum expirácie	24.8.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,029
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,306
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,509
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,862
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,460
80 U.ml <sup>-1</sup>	2,205

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,110	1,220
pozitívna	31 ±6	1,208	30,77

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.8.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131