

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	E - 351
Šarža	09 09 18
Dátum výroby	24.09.2018
Dátum expirácie	24.09.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,007
6,25 U.ml ⁻¹	0,295
12,5 U.ml ⁻¹	0,509
25 U.ml ⁻¹	0,818
50 U.ml ⁻¹	1,144
100 U.ml ⁻¹	1,536

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 8	0,045	0,60
pozitívna	41 ± 8	1,054	41,51

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.09.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131