

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-G

Katalógové číslo	E - 247
Šarža	09 09 18
Dátum výroby	24.09.2018
Dátum expirácie	24.06.2019

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,004
6,25 U.ml ⁻¹	0,377
12,5 U.ml ⁻¹	0,646
25 U.ml ⁻¹	1,113
50 U.ml ⁻¹	1,487
100 U.ml ⁻¹	1,789

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,100	1,08
pozitívna	28 ± 6	1,118	25,19

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 6, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.09.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131