

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	E - 243
Šarža	09 09 18
Dátum výroby	24.09.2018
Dátum expirácie	24.06.2019

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,008
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,132
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,286
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,547
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,955
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,579

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,118	5,67
pozitívna	34 ± 7	0,687	32,83

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 22, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.09.2018

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131